

## 固定资产采购描述

内容包括但不限于固定资产采购理由；固定资产采购用途、预计效益回收期以及其他需要特别说明的事项

1. 传感器：

量程：5T

采样频率：10kS以上

采集时间：1s以上，

需要观测峰值数值的大小，暂无精度要求。

螺纹连接：

安装位置：滑轨总成固定位置与底座之间。

传感器类型：压电式传感器(动态测量响应快)

配置电荷仪器输出：正负5V，正负10V