

	设备维修申请	裁	编制	审核	批准
		决			
<input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知		意见			
制作日期	2020. 4. 1				
实行日期	2020. 4. 1				

公司领导：

实验室部分设备使用年限长，频率高，导致设备出现故障，6月-8月底H6座椅和H6后视镜项目试验陆续进行，现申请对出现故障设备进行维修。

序号	设备	使用情况	问题描述	解决方案
1	振动台	使用 10 年， 频率 50%	振动过程中台面自动下降。	初步判定控制面板或气囊漏气。需维修人员现场确认问题及费用。
2	体压分布	使用 6 年	其中一压力垫敏感度降低。	寄回厂家（台湾）标定，费用 1200 元，邮费自理。
3	小弹簧疲劳试验机	使用 11 年	低温环境无法启动，缺氟。	找专业人现场加氟预估 2500 元（其中一种氟不常见）。
4	大弹簧疲劳试验机	安路普搬迁回厂	低温环境无法启动，缺氟。	找专业人现场加氟预估 1000 元。
5	座椅耐久试验台	使用 3 年， 频率高	感应传感器损坏。	寄回厂家维修，费用 300 元，邮费自理。