


	<b>关节臂维修申请</b>			裁	编制	审核	批准
				决			
<input type="checkbox"/> 报告		<input checked="" type="checkbox"/> 申请		<input type="checkbox"/> 通知		意	10年使用需要维修。 2020.5.9 
制作日期	2020.5.9			见			
实行日期	2020.5.9						

**公司领导：**

关节臂三坐标经第三方实验室校准各方向均超差 1.5mm 左右，已严重影响测量精度，且日常使用中关节臂经常出现关节标红，关节臂不能使用现象。该关节臂 2010 年开始使用，至今 10 年之久。

与厂家咨询设备维修费：设备检测费约 1.8 万元，关节维修费约 3 万元/个，如设备有其他问题需检定后确认最终费用；如检测后不继续维修，需支付 2-4h（200 美金/h，不含税）的工时费，具体金额评估后给出报价。

现申请对此设备进行检定维修，请领导批示！