



工作联系函

潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

(内部 / 外部)

WEIFANG GOLDRARE Auto Technology CO.,LTD

编号: SC2020-08-21

申请

通知

通报

报告

主题: 关于安全阀及压力表的校验申请

公司领导:

潍坊工厂熨烫机安全阀及生产线气路压力表进行年度委外校验, 明细如下:

序号	预算成本中心	预算编码	支出项目	物品名称	规格型号	数量	单价	实际金额	备注
1	D206	SCZZ001	510114	安全阀	A28H-16	4	55	220	
2	D206	SCZZ001	510114	压力表	(0-1) MPa	4	55	220	
3					合计			440元	

请领导批示!

拟文:	张龙振	预算员:	
审核:		申请部门:	生产制造科
领导意见:		日期:	





工作联系函



01202008210007

基本信息

申请人：	张龙振	岗位：	
日期：	2020/08/21 13:14:22	申请人部门：	生产制造科
邮箱：	zhanglongzhen@bjghrc.com	联系电话：	
标题：	关于熨烫机安全阀及气路压力表的校验申请		
编码：	GZLXH-20200821-077	申请人：	张龙振
组织架构：	山东潍坊工厂	部门：	生产制造科
职位：	生产制造科副科长	申请类型：	申请
内容说明：		审批人：	马倩,夏永飞,滕令超

审批记录

序号	审批人	步骤	审批意见	审批结果	审批时间
1	张龙振	发起		新建申请	2020/08/21 13:16:15
2	马倩	审批一	SCZZ001项目, 制造费用-修理费 (510114) 全年预算 5.120 元, 已发生 4.514 元, 剩余606.13元, 本次发生440元, 属预算内	同意	2020/08/21 13:27:27
3	夏永飞	审批二		同意	2020/08/21 15:00:33
4	滕令超	审批三		同意	2020/08/21 15:55:55
5	滕令超	审批三		同意	2020/08/21 15:58:51





037001900104

山东增值税普通发票



No 17437325


037001900104

17437325

开票日期: 2020年08月21日

校验码 84273 73786 18755 10196

税票号 [2018] 070号 东港股份有限公司

购买方	名称: 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司				密码区	80-*72-72946+3-062-*2260>87 7635//+//-<5-76/7//+*~15-2/ 46658*14279*/84-+326508*68- 1-*74415/4*<>8</070<-9/*550					
	纳税人识别号: 91370700MA3CBQ0F75										
地址、电话:											
开户行及账号:											
货物或应税劳务、服务名称 *鉴证咨询服务*校验服务费		规格型号	单位 件	数量	单价 51.886792453	金额 415.09	税率 6%	税额 24.91			
合 计						¥415.09	¥24.91				
价税合计(大写)		⊗ 肆佰肆拾圆整				(小写) ¥440.00					
销售方	名称: 山东宏嘉检验检测有限公司				备注						
	纳税人识别号: 91370700MA3CA5DH3K										
地址、电话: 山东富锦坊高新区清池街道社区服务中心3537号 0536-7411188											
开户行及账号: 潍坊银行股份有限公司潍坊高新支行802060501421005990											

收款人: 高桂林

复核: 孙宝娟

开票人: 高桂林



扫描全能王 创建



中国合格评定国家认可委员会 实验室认可证书

(注册号: CNAS 13116)

兹证明:

山东安嘉检验检测有限公司

(法人: 山东安嘉检验检测有限公司)

山东省潍坊市高新区清池街道浣景社区樱前街

3537号, 261000

符合 ISO/IEC 17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》
(CNAS-CL01《检测和校准实验室能力认可准则》)的要求, 具备承担本
证书附件所列服务能力, 予以认可。

获认可的能力范围见本证书附件认可的证书附件, 证书附件是
本证书组成部分。

生效日期: 2020-02-17

截止日期: 2026-02-16

中国合格评定国家认可委员会授权人

李华

中国合格评定国家认可委员会地址: 北京市朝阳区北辰西路1号院3号
中国合格评定国家认可委员会邮编: 100029
中国合格评定国家认可委员会电话: 010-64511699 010-64511698 010-64511697



中华人民共和国

专项计量授权证书

The People's Republic of China

Certificate of Metrological Authorization for Special Items

证书编号: 2020-11017 号

山东安嘉检验检测有限公司

根据《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国计量法实施细则》、《
实验室资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定
评审准则》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定管理办法》
等法律法规, 经本局核准, 授权该机构在以下范围内开展检验检测活动。

There is hereby stated that measurement capability of some measurement has been assessed and
decided to be qualified within the authorized scope of activities with the provisions of the Law on
Metrology of the People's Republic of China, the Rules on the Implementation of the Law on Metrology
of the People's Republic of China, and the Administrative Measures on Metrological Authorization for
organizations or directly authorized to carry out metrological authorization and new (for
subsequent regions and items shown in the annex).

授权机关:
Issued by

授权人签名:
Appraised by

李华

发证日期: 2020年02月17日
Issued on


有效期至: 2026年02月16日
Valid to



扫码 王翠玉 王翠玉



皮带线
油水分离器
工装



营业执照

统一社会信用代码 91370502MA3D9M1A

名称 山东宏嘉检验检测有限公司
 类型 有限责任公司(自然人独资)
 住所 山东省潍坊高新区清池街道景泰社区樱前街3537号办公楼406号
 法定代表人 王尧民
 注册资本 壹仟万元整
 成立日期 2016年05月06日
 营业期限 2016年05月06日至 年 月 日
 经营范围 检验检测、校准、校准的检定、检测、校准及维修、校准设备生产及维修、无损检测、无损检测的检定、校准及维修、无损检测设备的维修、校准。



登记机关
2021年03月09日

中华人民共和国 特种设备检验检测机构核准证

Inspection and Testing Institution Approval Certificate of Special Equipment
People's Republic of China

(安全阀校验机构)

编号: TS187192-2021

机构名称: 山东宏嘉检验检测有限公司
 住所: 山东省潍坊高新区清池街道景泰社区樱前街 3537 号
 办公楼 406 号
 检测地址: 山东省潍坊高新区清池街道景泰社区樱前街 3537 号

核准项目 获准从事下列项目的校验工作

核准项目代码	核准项目	备注
FD1(汽锅)	安全阀	
FD1(热水)	安全阀	



发证日期: 2021年03月09日 有效期至: 2027年03月09日

潍坊博安检验检测有限公司

Weifang Bo An Inspection and Agency co., LTD.

共 2 页 第 1 页



检定证书

Verification Certificate

证书编号: BA2020-07-0306
Certificate No.

送检单位 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

Name of customer

计量器具名称 压力表

Name of Instrument

型号/规格 (0~1) MPa

Type size

出厂编号 /

Serial No.

制造单位 BAOF

Manufacturer

检定依据 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
检定规程》

Verification Regulation

检定结论 符合 1.6 级

Conclusion

批准人
Approved by

核验员
Checked by

检定员
Verified by

(检定专用章)

检定日期 2020 年 07 月 31 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 01 月 30 日
Valid until Year Month Day

专项计量授权证书号: (高)法计(2019)0002号

地址: 潍坊市高新区新城街道玉龙社区银枫路 1066 号税务局小区 20 号楼 20-3

电话: 0536-8782387

邮编: 261061



扫描全能王 创建

潍坊博安检验检测有限公司

Weifang Bo An Inspection and Agency co., LTD.

共 2 页 第 1 页



检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号: BA2020-07-0307
Certificate No.

送 检 单 位 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

Name of customer

计 量 器 具 名 称 压力表

Name of Instrument

型 号 / 规 格 (0~1.6) MPa

Type size

出 厂 编 号 1410650

Serial No.

制 造 单 位 青岛冠杰仪表有限公司

Manufacturer

检 定 依 据 JIG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
检定规程》

Verification Regulation

检 定 结 论 符合 1.6 级

Conclusion

批准人
Approved by

(检定专用章)

核验员
Checked by

检定员
Verified by

检定日期 2020 年 07 月 31 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 01 月 30 日
Valid until Year Month Day

专项计量授权证书号: (高)法计(2019) 0002号

地址: 潍坊市高新区新城街道玉龙社区银枫路 1066 号税务局小区 20 号楼 20-3

电话: 0536-8782387

邮编: 261061



扫描全能王 创建

潍坊博安检验检测有限公司

Weifang Bo An Inspection and Agency co., LTD.

共 2 页 第 1 页



检定证书

Verification Certificate

证书编号: BA2020-08-0105
Certificate No.

送 检 单 位 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司

Name of customer

计 量 器 具 名 称 压力表

Name of Instrument

型 号 / 规 格 (0~1.6) MPa

Type size

出 厂 编 号 18.1.R8183

Serial No.

制 造 单 位 青岛新精密仪表有限公司

Manufacturer

检 定 依 据 JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
检定规程》

Verification Regulation

检 定 结 论 符合 2.5 级

Conclusion

批准人
Approved by

魏国

核验员
Checked by

马良

检定员
Verified by

李真

(检定专用章)

检定日期 2020 年 08 月 18 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 02 月 17 日
Valid until Year Month Day

专项计量授权证书号: (高) 法计 (2019) 0002 号

地址: 潍坊市高新区新城街道玉龙社区银枫路 1066 号税务局小区 20 号楼 20-3

电话: 0536-8782387

邮编: 261061




扫描全能王 创建

潍坊博安检验检测有限公司

Weifang Bo An Inspection and Agency co., LTD.

共 2 页 第 1 页



检 定 证 书

Verification Certificate

证书编号: BA2020-08-0104
Certificate No.

送 检 单 位 潍坊光华荣昌汽车技术有限公司
Name of customer
计 量 器 具 名 称 压力表
Name of instrument
型 号 / 规 格 (0~1.6) MPa
Type size
出 厂 编 号 18.1.B2009
Serial No.
制 造 单 位 青岛新精密仪表有限公司
Manufacturer
检 定 依 据 JJG 52-2013 《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表
检定规程》
Verification Regulation
检 定 结 论 符合 2.5 级
Conclusion

批准人
Approved by

(检定专用章)

核验员
Checked by

检定员
Verified by

检定日期 2020 年 08 月 18 日
Date of Verification Year Month Day

有效期至 2021 年 02 月 17 日
Valid until Year Month Day

专项计量授权证书号: (高)法计(2019)0002号

地址: 潍坊市高新区新城街道玉龙社区银枫路 1066 号税务局小区 20 号楼 20-3

电话: 0536-8782387

邮编: 261061




扫描全能王 创建

山东宏嘉检验检测有限公司 安全阀校验报告

JS-04

编 号: SDHJ-BG-2020-0942

使用单位	潍坊光华荣昌汽车技术有限公司		
单位地址	山东省潍坊高新区清池街道张营社区樱前街 5157 号		
联系人	张龙振	联系电话	15336468527
设备代码	/	安装位置	上部
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A28H-16
工作压力	<0.35MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.35MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.35MPa	密封试验压力	0.30MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明: 未修理更换, 校验合格。 出厂编号为 80973 。			
校验日期	2020 年 07 月 30 日	下次校验日期	2021 年 07 月 29 日
校验:  日期: 2020 年 07 月 30 日	(检验机构核准编号): TS7837192-2021  (检验机构校验专用章) 2020 年 07 月 30 日		
审批:  日期: 2020 年 07 月 30 日			

山东省潍坊高新区樱前街 3537 号

联系电话: 0536-7615248
13964657927




扫描全能王 创建

山东宏嘉检验检测有限公司 安全阀校验报告

JS-04

编 号: SDHJ-BG-2020-1091

使用单位	潍坊光华荣昌汽车技术有限公司		
单位地址	潍坊高新区清池街道樱前街 5157 号		
联系人	张龙振	联系电话	15336468527
设备代码	/	安装位置	上部
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A28H-16
工作压力	<0.55MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.55MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.55MPa	密封试验压力	0.5MPa
校验结果	合 格		
维护检修情况说明: 未修理更换, 校验合格。 出厂编号为 06050 。			
校验日期	2020 年 08 月 19 日	下次校验日期	2021 年 08 月 18 日
校 验:  日期: 2020 年 08 月 19 日		(检验机构核准编号) TS7837192-2021  (检验机构校验专用章) 2020 年 08 月 19 日	
审 批:  日期: 2020 年 08 月 19 日			

山东省潍坊高新区樱前街 3537 号

联系电话: 0536-7615248
13964657927



扫描全能王 创建

山东宏嘉检验检测有限公司 安全阀校验报告

JS-04

编 号: SDHJ-BG-2020-1092

使用单位	潍坊光华荣昌汽车技术有限公司		
单位地址	潍坊高新区清池街道樱前街 5157 号		
联系人	张龙振	联系电话	15336468527
设备代码	/	安装位置	上部
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A28H-16
工作压力	<0.55MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.55MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.55MPa	密封试验压力	0.5MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明: 未修理更换, 校验合格。 出厂编号为 06051 。			
校验日期	2020 年 08 月 19 日	下次校验日期	2021 年 08 月 18 日
校验:  日期: 2020 年 08 月 19 日		(检验机构核准编号): TS7837192-2021  (检验机构校验专用章) 2020 年 08 月 19 日	
审批:  日期: 2020 年 08 月 19 日			

山东省潍坊高新区樱前街 3537 号

联系电话: 0536-7615248
13964657927



扫描全能王 创建

山东宏嘉检验检测有限公司 安全阀校验报告

JS-04

编号: SDHJ-BG-2020-1093

使用单位	潍坊光华荣昌汽车技术有限公司		
单位地址	潍坊高新区清池街道樱前街 5157 号		
联系人	张龙振	联系电话	15336468527
设备代码	/	安装位置	上部
安全阀类型	<input checked="" type="checkbox"/> 弹簧式 <input type="checkbox"/> 先导式 <input type="checkbox"/> 重锤式	安全阀型号	A28H-16
工作压力	<0.55MPa	工作介质	空气
要求整定压力	0.55MPa	执行标准	TSGZF001-2006
校验方式	离线	校验介质	氮气
整定压力	0.55MPa	密封试验压力	0.5MPa
校验结果	合格		
维护检修情况说明: 未修理更换, 校验合格。 出厂编号为 06052 。			
校验日期	2020 年 08 月 19 日	下次校验日期	2021 年 08 月 18 日
校验:  日期: 2020 年 08 月 19 日		(检验机构核准编号): TS7837192-2021 	
审批:  日期: 2020 年 08 月 19 日			

山东省潍坊高新区樱前街 3537 号

联系电话: 0536-7615248
13964657927



扫描全能王 创建