

计量器具、设备管理总台账

序号	设备名称	规格型号	出厂编号	本厂编号	制造厂家	测量范围	精度等级	使用部门/个人	检定周期	检测单位	购入日期	本次检定日期	有效期	编制	审核	批准
1	低温箱	DXF40-100	0304027	R-005	北京低温设备厂	0~(-40)℃	±1℃	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2003.04	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
2	高温试验箱	WG3002	2005007	R-004	重庆银河试验仪器有限公司	0~300℃	±1℃	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2005.07	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
3	微机控制万能材料试验机	WDW-100	1509	N-009	吉林省汇成检测技术有限公司	0-100KN	±1%	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2008.12	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
4	视频测量仪	JVL-250	FW071220002	Q-009	贵阳新光光电科技有限公司	150mm*250mm	(3+L/200)u	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2006.05	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
5	六通座椅强度试验机	QX11-CFY-06	QX090301	Q-008	长春市齐祥科技有限责任公司	0~250KN	5%	实验室	1	北京市计量检测科学研究院	2009.03	2020年3月29日	12个月	邓俊	李学九	受控
6	直流稳压电源	KXN-3030D	20K303D040018	Q-023	深圳市兆信电子仪器设备有限公司		/	实验室	1	中国国信(北京)计量检测技术有限公司	2020.08	2020年9月1日	12个月	邓俊	李学九	受控
7	泡沫塑料落球回弹测定仪	XLH-460/500	10802	Q-016	长春新科试验仪器设备有限公司	GB/T6670 IS08307	<1.5	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2010.04	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
8	电子震动试验系统	MPA406/M232A	SH1009255	N-008	北京航天希尔特技术有限公司	2200kgf 981m/s²	/	实验室	1	深圳天溯计量检测股份有限公司	2010.12	2020年9月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
9	关节臂三坐标	P10-05-10-42055	P10-05-10-42055	Q-015	法如国际贸易(上海)有限公司	0~2.4m	0.052mm ±0.073mm	实验室	1	法如国际贸易(上海)有限公司	2010.12	2020年8月25日	12个月	邓俊	李学九	受控
10	织物摩擦性试验机	YG(B)-815D-II	70940	R-083	温州大荣纺织标准仪器厂	0~999.9S、0~99℃	0.1s, 1℃	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2017.10	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
11	泡棉压缩硬度试验机	WZN-9010	1209	Q-014	深圳市维智纳精密仪器有限公司	0~4000N	±0.5%F.S	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2012.08	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
12	示波器	ZDS2024B	8208000371905060010	Q-053	广州致远电子有限公司	20A	0.01A	实验室	1	深圳天溯计量检测股份有限公司	2019.8	2020年7月29日	12个月	邓俊	李学九	受控
13	头枕强度试验机	TATC-1	NJ.18.91.601	N-155	天津检测中心	力: ±2000N 位移: 0-500mm 角度: ±45°	±0.25%FS ±0.5%FS ±1°	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2019.1	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
14	温度测试系统	/	/	Q-050	/		0.1℃	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2018.12	2020年12月17日	12个月	邓俊	李学九	受控
15	洛氏硬度机	HR-150DT	3966	N-005	上海材料试验机厂制造		<±1.0%	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2004.04	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
16	噪声测试系统(麦克劳)	DT9837	00700107	Q-026	恒信大友(北京)科技有限公司		/	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2014.05	2020年12月21日	12个月	邓俊	李学九	受控
17	电动折叠耐久试验台	/	/	N-083	/	13V	0.1V	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2018.2	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控
18	直流可调稳压电源	LW-6050KD	020177632	Q-030	香港龙威仪器仪表有限公司	60V/50A	/	实验室	1	深圳天溯计量检测股份有限公司	2015.4	2020年7月29日	12个月	邓俊	李学九	受控
19	后视镜曲率仪	R32-TE	B15A280004	L-133	北京同锐鑫科技有限公司	0-6mm	0.001mm	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2015.5	2020年12月10日	12个月	邓俊	李学九	受控

20	拉力试验机	QT-1176	21070503	N-074	高泰检测仪器有限公司	0.5-100%F.S	±0.5%	实验室	1	深圳天溯计量检测股份有限公司	2015.5	2020年7月29日	12个月	2021年7月28日	受控
21	数字绝缘电阻测试仪	BY2671	37826	Q-039	武汉恒新国仪科技有限公司	0-19999MΩ	0.01MΩ	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2014.07	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
22	后视镜反射率测试仪	RM-R135MS	1815801	Q-042	北京同锐鑫科技有限公司	0-100%	<±2.0%	实验室	1	中国计量科学研究院	2015.08	2020年9月27日	12个月	2021年9月26日	受控
23	步入式环境试验箱	GDWJS-24M	3521	R-023	北京东工联华科学仪器有限公司	-40℃-100℃ 30%-98%	/	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2017.7	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
24	汽车座椅综合性能试验台	JYNJ-2	0039	Q-046	上海聚德永升测控系统有限公司	0-2000N	1级	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2017.8	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
25	附着力测试仪	QFH-HD600-3	/	Q-027	北京飞稳科技有限公司	1±0.1mm	/	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2014.05	2020年12月17日	12个月	2021年12月16日	受控
26	后视镜失真仪	RM-DC2	0215101	Q-037	北京同锐鑫科技有限公司	/	<±2.0%	实验室	1	中国国信(北京)计量检测技术有限公司	2015.5	2020年9月1日	12个月	2021年8月31日	受控
27	热老化试验箱	QL-100	LHSB-090722	R-006	杭州利辉环境检测设备有限公司	20~500pphm	±0.5%	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2009.12	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
28	稳压电源	MP6030D	2017060251	Q-047	MAISHENG	0-60V、0-30A	/	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2017.9	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
29	微机控制悬筒组合冲击机	XJ-5W	16987	Q-010	承德衡通试验仪器有限公司	0.5J\1J\2J\4J\5J\2.75J\5.5J\11J	±2%	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2011.07	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
30	水冷氙灯老化试验箱	BD/SN900	1704017	Q-040	北京中科博达仪器科技有限公司	RT+10℃-70℃ 50%-98% 黑板温度: 63℃-100℃ +3℃	/	实验室	1	谱尼测试集团股份有限公司	2017.6	2020年8月12日	12个月	2021年8月11日	受控
31	机械式弹簧疲劳试验机(带环境)	TPJ-15	040398	Q-011	济南试验仪器设备厂	0mm~80mm	5%	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2009.04	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
32	数字万用表	12E+	48182054WS	Q-044	FLUKE			实验室	1	中国国信(北京)计量检测技术有限公司	2020.08	2020年9月1日	12个月	2021年8月31日	受控
33	高压加速老化试验机	SRPCT-35	20200527	R-088	苏瑞电子设备(北京)有限公司	100℃-132℃		实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2020.07	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控
34	盐雾试验箱	/	1	Q-057	产品测试	/	0.1℃	实验室	1	通标标准技术服务(天津)有限公司	2019.12	2020年12月10日	12个月	2021年12月9日	受控

A4(210mm×297mm)

光华荣昌

表单No. GR-72-F-050(A-0)