

	关于步入式高低温箱维修的申请		裁	编制	审核	批准
			决	王学东	张	张
<input type="checkbox"/> 报告 <input checked="" type="checkbox"/> 申请 <input type="checkbox"/> 通知			意	6.		
制作日期	2022.6.7					
实行日期	2022.6.7					
			见			

尊敬的公司领导：

我司步入式高低温箱购买于 2017 年正常维护保养已使用 5 年，近期使用过程中发现有漏氟现象，经专业厂家上门检查确认以下两点问题：

- 1、过滤器使用时间较长需进行更换，易造成堵塞。
- 2、管路内部存在泄漏点，需进行氮气打压漏点补焊。

以下为解决上述问题的三个厂家报价：

	厂家名称	周期	含税费用（元）
一厂家	北京昌盛启凯工程建设有限公司	3 天	5250 元
二厂家	北京顺达永盛机电制冷设备有限公司	3 天	9200 元
三厂家	京乐机电制冷设备（北京）有限公司	6 天	7716.8 元

经沟通比价，建议采用北京昌盛启凯进行步入式高低温箱的维修。

以上请领导批示：